

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-25SEP15-165

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-P165-16

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-P165-16			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.884	0.014
Ag	g/T	63	2
As	g/T	411	9

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-P165-16					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.884	0.035	0.849	0.919
Ag	g/T	63	5	58	68
As	g/T	411	33	378	444



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM