

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-25SEP15-166

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-P166-17

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-P166-17			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.765	0.005
Ag	g/T	7.9	0.2
As	g/T	65	6

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-P166-17					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.765	0.021	0.744	0.786
Ag	g/T	7.9	0.9	7.0	8.8
As	g/T	65	17	48	82



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM