

## INFORME DE ANÁLISIS N° IN-25SEP15-167

### MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

**IN-C167-18**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-C167-18			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	24.98	0.10
Ag	g/T	1000	22
As	%	0.559	0.019

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm 2$  DS

Material de Referencia IN-C167-18					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu	%	24.98	0.20	24.78	25.18
Ag	g/T	1000	76	924	1076
As	%	0.559	0.059	0.500	0.618



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM