

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-28OCT15-172

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-P172-19

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-P172-19			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	0.7	0.1
Au	g/T	0.048	0.008
Cu	%	0.066	0.001
Zn	g/T	57	3

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-P172-19					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	0.7	0.4	0.3	1.1
Au	g/T	0.048	0.021	0.027	0.069
Cu	%	0.066	0.004	0.062	0.070
Zn	g/T	57	7	50	64



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM