

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-28OCT15-173

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-P173-20

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-P173-20			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	2.3	0.1
Au	g/T	0.143	0.008
Cu	%	0.618	0.008
Zn	%	0.027	0.001

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-P173-20					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	2.3	0.4	1.9	2.7
Au	g/T	0.143	0.028	0.115	0.171
Cu	%	0.618	0.023	0.595	0.641
Zn	%	0.027	0.002	0.025	0.029



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM