

## INFORME DE ANÁLISIS N° IN-20ABR15-144

### MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

**IN-C144-07**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-C144-07			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Mo	%	47.24	0.33
Agua + Aceite	%	0.48	0.04

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm 2$  DS

Material de Referencia IN-C144-07					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
Mo	%	47.24	0.87	46.37	48.11
Agua + Aceite	%	0.48	0.13	0.35	0.61



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM