

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-27ABR15-149

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M149-08

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-P149-08			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
CuT	%	41.67	0.43
Au	g/T	0.198	0.011
Ag	g/T	42	1
As	%	0.190	0.004
S	%	0.513	0.014

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-P149-08					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
CuT	%	41.67	1.22	40.45	42.89
Au	g/T	0.198	0.038	0.160	0.236
Ag	g/T	42	2	40	44
As	%	0.190	0.012	0.178	0.202
S	%	0.513	0.045	0.468	0.558



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM