

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-03FEB15-137

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-P137-11

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-P137-11			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
CuT	%	0.901	0.008
Cu Soluble Cítrico 1M	%	0.054	0.004
Cu Soluble Sulfúrico 5%	%	0.069	0.005
As	g/T	107	6
MoT	g/T	309	17

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-P137-11					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	2 DS (95%)	Min.	Máx
CuT	%	0.901	0.024	0.877	0.925
Cu Soluble Cítrico 1M	%	0.054	0.014	0.040	0.068
Cu Soluble Sulfúrico 5%	%	0.069	0.015	0.054	0.084
As	g/T	107	19	88	126
MoT	g/T	309	52	257	361



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM