

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-04AGO15-158

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-M158-89

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M158-89			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.530	0.008
Fe	%	8.32	0.11
Au	g/T	0.116	0.003

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M158-89					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.530	0.023	0.507	0.553
Fe	%	8.32	0.35	7.97	8.67
Au	g/T	0.116	0.017	0.099	0.133



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM