

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-04AGO15-159

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-M159-90

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M159-90			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	1.135	0.015
Fe	%	7.52	0.10
Au	g/T	0.217	0.002

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M159-90					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
Cu	%	1.135	0.051	1.084	1.186
Fe	%	7.52	0.32	7.20	7.84
Au	g/T	0.217	0.018	0.199	0.235



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM