

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-M189-99

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA


Material de Referencia IN-M189-99			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu Total	g/T	339	18
Cu-Sol	g/T	74	3

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS \pm 2 DS

Material de Referencia IN-M189-99					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu Total	g/T	339	47	292	386
Cu-Sol	g/T	74	8	66	82



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM