

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M193-103

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA


Material de Referencia IN-M193-103			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu Total	%	0.636	0.015
Cu-Sol	%	0.339	0.015

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS \pm 2 DS

Material de Referencia IN-M193-103					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu Total	%	0.636	0.030	0.606	0.666
Cu-Sol	%	0.339	0.033	0.306	0.372



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM