

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M194-104

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M194-104			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu Total	%	1.129	0.024
Cu-Sol	%	0.843	0.022

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M194-104					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu Total	%	1.129	0.058	1.071	1.187
Cu-Sol	%	0.843	0.050	0.793	0.893



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM