

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M196-106

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA


Material de Referencia IN-M196-106			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	1.4	0.1
Mo	g/T	63	2

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M196-106					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	1.4	0.2	1.2	1.6
Mo	g/T	63	7	56	70



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM