

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M198-108

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA


Material de Referencia IN-M198-108			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	1.1	0.1
Mo	g/T	157	10

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M198-108					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	1.1	0.2	0.9	1.3
Mo	g/T	157	31	126	188



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM