

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-M220-109

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M220-109			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Cu	%	0.548	0.006
Fe	%	2.21	0.06
Mo	g/T	103	10

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS \pm 2 DS

Material de Referencia IN-M220-109					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Cu	%	0.548	0.016	0.532	0.564
Fe	%	2.21	0.14	2.07	2.35
Mo	g/T	103	28	75	131



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM