

INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M224-111

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M224-111			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	3.3	0.1
Au	g/T	0.155	0.005
Cu	%	0.783	0.014
Fe	%	4.85	0.15

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS \pm 2 DS

Material de Referencia IN-M224-111					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	3.3	0.4	2.9	3.7
Au	g/T	0.155	0.016	0.139	0.171
Cu	%	0.783	0.048	0.735	0.831
Fe	%	4.85	0.46	4.39	5.31



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM