

## INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


**IN-M226-113**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M226-113			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	1.3	0.1
Au	ppb	56	5
Cu	%	0.145	0.003
Fe	%	3.60	0.05

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm$  2 DS

Material de Referencia IN-M226-113					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	1.3	0.4	0.9	1.7
Au	ppb	56	15	41	71
Cu	%	0.145	0.010	0.135	0.155
Fe	%	3.60	0.14	3.46	3.74



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM