

## INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

**IN-M230-115**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M230-115			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	2.2	0.1
Au	g/T	0.079	0.003
Cu	%	0.293	0.004

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm$  2 DS

Material de Referencia IN-M230-115					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	2.2	0.4	1.8	2.6
Au	g/T	0.079	0.014	0.065	0.093
Cu	%	0.293	0.014	0.279	0.307



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM