

## INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

**IN-M232-117**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M232-117			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	Incertidumbre expandida (K=2)
Ag	g/T	3.1	0.1
Au	g/T	0.275	0.008
Cu	%	1.373	0.009

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm$  2 DS

Material de Referencia IN-M232-117					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Asignado	2 DS (95%)	Min.	Máx
Ag	g/T	3.1	0.3	2.8	3.4
Au	g/T	0.275	0.028	0.247	0.303
Cu	%	1.373	0.033	1.340	1.406



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM