

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-13ENE14-42

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


IN-M42-73

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M42-73			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
CuT	%	0.476	0.005
Cu Soluble H ₂ SO ₄ 5%	%	0.418	0.013

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M42-73					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
CuT	%	0.476	0.027	0.449	0.503
Cu Soluble H ₂ SO ₄ 5%	%	0.418	0.065	0.353	0.483



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM