

## INFORME DE ANÁLISIS N° IN-30ENE14-44

### MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


**IN-M44-75**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M44-75			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
CuT	g/T	98	5

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm 2$  DS

Material de Referencia IN-M44-75					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
CuT	g/T	98	14	84	112



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM