

INFORME DE ANÁLISIS N° IN-04AGO14-78

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO

IN-M78-83

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA

Material de Referencia IN-M78-83			
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	Incertidumbre expandida (K=2)
CuT	g/T	42	2

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS ± 2 DS

Material de Referencia IN-M78-83					
Parámetro Analítico	Unidad	Valor Nominal	DSR (95%)	Min.	Máx
Cu	g/T	42	6	36	48



Víctor Anabalón Escobedo
Gerente Técnico
INTEM



Verónica Dubó Almendares
Jefe Control de Procesos
INTEM